

醫療財團法人台灣血液基金會台南捐血中心

血液成品 QC 測試報告

製備場所：成分課

測試月份：2020 年 03 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	25/12,715	63	4.6	55-80% w/o SAGM
			0/0	NA	NA	50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	15/13,785	0.055	0.018	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	0/0	NA	NA	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	0/0	NA	NA	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	5/545	3.5	0.24	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	5/545	7.5	0.043	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	16/2,746	0.11	0.025	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	16/2,746	3.2	0.16	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
pH		16/2,746	7.5	0.068	≥ 6.2	
血 漿 類	FFP	Factor VIII	30/17,614	97	34	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	30/17,614	0	0	$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	30/17,614	0.025	0.025	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	30/17,614	13	7.2	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12/1,874	77	14	≥ 40 IU /unit
		fibrinogen	12/1,874	203	64	≥ 75 mg /unit

備註

1. NA:本月無執行血液成品 QC 測試。
2. Factor VIII、Fibrinogen 測試頻率為每 2 個月執行。
3. 本月無製作 Platelet Concentrate。

表 QP-BB-032-6.7-001