

新竹捐血中心  
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年6 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅 血 球 類	Packed RBCs	Hct	20 / 9,910	68	4.5	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	28 / 16,982	0.33	0.34	$< 5 \times 10^6$ /unit
血 小 板 類	Platelet Concentrate	platelet count ( $\times 10^{10}$ /unit)	20 / 436	5.3	1.60	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 436	7.2	0.50	$\geq 6.2$
	Apheresis Platelets	platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	8 / 830	3.4	0.31	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	8 / 830	7.7	0.11	$\geq 6.2$
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ( $\times 10^6$ /unit)	14 / 2,032	0.10	0.14	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ( $\times 10^{11}$ /unit)	14 / 2,032	3.2	0.14	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	14 / 2,032	7.7	0.08	$\geq 6.2$
血 漿 類	FFP	Factor VIII	14 / 15,136	98	18	$\geq 70\%$
		RBC count ( $\times 10^9$ /L)	24 / 15,136	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ( $\times 10^9$ /L)	24 / 15,136	0.016	0.011	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ( $\times 10^9$ /L)	24 / 15,136	8.60	14.00	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII	12 / 3,162	80	25	$\geq 40$ IU /unit
		fibrinogen	12 / 3,162	212	80	$\geq 75$ mg /unit

註記：

1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable,"ND" 表示。

2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。

3. Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密